ResMed

Mirage™ FX

NASENMASKE

Komponentenkarte

Kopfband
62110

Kniestück
62114

Maskenrahmen
62113

Maskenkissen
62111

Artikelnummer

Mirage FX	**62100**

Einzelheiten hierzu finden Sie in der **Gebrauchsanweisung der Mirage FX Nasenmaske**.

RESMED

Anpassungsleitfaden

- Nehmen Sie vor dem Anlegen der Maske das Kniestück von der Maske ab, indem Sie auf die beiden seitlichen Laschen drücken.

- Verbinden Sie das Kniestück mit dem Atemschlauch des Gerätes.

- Halten Sie die Maske mit geöffneten unteren Kopfbändern an das Gesicht und ziehen Sie das Kopfband über den Kopf.

- Führen Sie nun die unteren Bänder unterhalb der Ohren entlang und schieben Sie sie über die Aufnahmen des Maskenrahmens.

- Öffnen Sie die oberen Klettverschlüsse und ziehen Sie die oberen Kopfbänder gleichmäßig an, bis sie bequem und sicher sitzen. Schließen Sie die Klettverschlüsse in der gewählten Position.

- Wiederholen Sie Schritt 5 mit den unteren Kopfbändern.

- Bringen Sie Kniestück und Atemschlauch an der Maske an, indem Sie auf die seitlichen Laschen drücken und das Kniestück in den Maskenrahmen stecken.
- Schalten Sie das Gerät ein.

Einzelheiten hierzu finden Sie in der **Gebrauchsanweisung der Mirage FX Nasenmaske**.

Mirage™ FX
NASENMASKE

© 2011 ResMed GmbH & Co. KG · Art.-Nr. 1014566 · 1 · 01 11

Vertrieb durch: ResMed GmbH & Co. KG · Fraunhoferstraße 16 · 82152 Martinsried · DEUTSCHLAND · Tel 089 9901-00 · Fax 089 9901-1055 · E-Mail reception@resmed.de